

Organismo accreditato  
Accredited body

**Cedem s.c.a.r.l.**  
Via Vittori, 74  
48018 FAENZA (RA) – Italia  
[www.cedem.it](http://www.cedem.it)



DT0288T/001

Riferimento  
Contact

**Margherita LUCIDI**

Tel.: +39 0546 626722  
E-mail: [cedemlab@cedem.it](mailto:cedemlab@cedem.it)

Tabella allegata al Certificato di  
Accreditamento  
Annex to the Accreditation Certificate

**288T** Rev. **01**

**UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018**  
**Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura**

Attività oggetto di accreditamento  
Accredited activities

**Volume**

- **Volume di liquidi (SVO-02)**

**Massa**

- **Massa di gas (SMA-03)**

**Controlli metrologici**

- **Verificazione periodica su strumenti con funzione di misura legale (SCM-01)**

In esterno, presso Cliente

**EXT**

L'incertezza di misura riportata nelle seguenti tabelle è da intendersi come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura  $k$  corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Eventuali deviazioni sono puntualmente indicate.

Area metrologica  
*Metrological area*

## Volume

| Settore / Calibration field                      |                               | (SVO-02) Volume di liquidi                 |   |                                  |   |                         |
|--|-------------------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------------------|
| Strumento<br><i>Instrument</i>                   | Misurando<br><i>Measurand</i> | Condizioni<br><i>Additional parameters</i> | Campo di misura<br><i>Measurement range</i> | Incertezza<br><i>Uncertainty</i> | Metodo/Procedura<br><i>Method / Procedure</i> | Sede<br><i>Location</i> |
| Distributori di carburante di tipo liquido (1)   | Volume                        | Portata:<br>da 40 L/min a 200 L/min        | da 20 L a 100 L                             | 0,20 %                           | Metodo interno.<br>Taratura per confronto     | EXT                     |
| Distributori di gas di petrolio liquefatto (GPL) | Volume                        | Portata:<br>fino a 50 L/min                | 20 L  | 0,44 %                           | Metodo interno.<br>Taratura per confronto     |                         |

Area metrologica  
*Metrological area*

## Massa

| Settore / Calibration field    |                               | (SMA-03) Massa di gas                      |   |                                  |   |                         |
|--------------------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------------------|
| Strumento<br><i>Instrument</i> | Misurando<br><i>Measurand</i> | Condizioni<br><i>Additional parameters</i> | Campo di misura<br><i>Measurement range</i> | Incertezza<br><i>Uncertainty</i> | Metodo/Procedura<br><i>Method / Procedure</i> | Sede<br><i>Location</i> |
| Distributori di gas metano     | Massa                         | Portata:<br>fino a 20 kg/min               | da 5 kg a 25 kg                             | 0,30 %                           | Metodo interno.<br>Taratura per confronto.    | EXT                     |

<sup>1</sup> Con esclusione dei gas di petrolio liquefatto (GPL).

| Settore / Calibration field (SCM-01) <b>Verificazione periodica su strumenti con funzione di misura legale</b> |  |   |                        |  |                         |
|--|--|---|------------------------|--|-------------------------|
| Strumento in verificaazione<br><i>Instrument to be verified</i>  | Condizioni<br><i>Additional parameters</i> | Campo di misura<br><i>Measurement range</i> | Classe<br><i>Class</i> | Metodo/Procedura<br><i>Method / Procedure</i>  | Sede<br><i>Location</i> |
| Distributori di carburante di tipo liquido<br><b>(2)</b>   | Portata:<br>da 5 L/min a 200 L/min         | da 20 L a 100 L                             | 0,5                    | Verificazione periodica in conformità alla procedura di cui all'Allegato II e Allegato III – scheda C del D.M. n. 93 del 21 aprile 2017. | EXT                     |
| Distributori di gas di petrolio liquefatto (GPL)   | Portata:<br>fino a 50 L/min                | 20 L  | 1,0                    | Verificazione periodica in conformità alla procedura di cui all'Allegato II del D.M. n. 93 del 21 aprile 2017.                           |                         |
| Distributori di gas metano   | Portata:<br>fino a 20 kg/min               | da 5 kg a 25 kg                             | n.a.                   |  |                         |

Fine della tabella / End of annex

<sup>2</sup> Con esclusione dei gas di petrolio liquefatto (GPL).